



CERTIFICAT D'APPROBATION DE MODELE N° 584.82B.38.02
APPROBATION C. E. E. POUR COMPTEUR D'EAU FROIDE

Numéro de référence : E6/M6/ 25.975

Date : 15/09/2000

Bénéficiaire: - BADGER METER EUROPA GmbH - Karlstrasse, 11 - D-72660 BEUREN - ALLEMAGNE

Vu l'Arrêté Royal du 18 février 1977, modifié par l'Arrêté Royal du 22 juin 1990 relatif aux compteurs d'eau froide;

Vu les essais effectués par le Service de la Métrologie;

Le compteur d'eau froide : RECORDALL M25/190

identifié par la note descriptive, les plans et les échantillons déposés au Service de la Métrologie, est approuvé sous le signe d'approbation C. E. E. de modèle :

B 82
38.02

Les caractéristiques du compteur d'eau froide sont :

- dénomination: RECORDALL M25
- type: Volumétrique à disque oscillant
- débit maximal: 7 m³/h
- débit nominal: 3,5 m³/h
- débit de transition: 52,5 l/h
- débit minimal: 35 l/h
- classe métrologique: C
- perte de pression à Q_{max}: 1 bar
- pression maximale de service: 16 bar
- position de fonctionnement et condition de montage: H ou V
- température de service: de 0 à 30 °C
- volume cyclique: 0,076 l/tour
- portée du totalisateur: 9.999 ou 99.999 m³
- échelon chiffré: 1 ou 0,1 l
- échelon de vérification: 0,1 l
- dimension de l'échelon de vérification: 2 ou 4,7 mm

Le présent certificat constitue la prorogation de l'approbation 271.82B.38.02 du 21/09/1992 ainsi que les variantes n° 1 et 2.

La marque de fabrique est:



Le bénéficiaire est autorisé à revêtir les instruments construits conformément à ce modèle du signe d'approbation correspondant.

Le présent certificat est valable jusqu'au 30/09/2010 sauf décision contraire.

L'INGENIEUR INDUSTRIEL,

ing. B. NOËL

L'INGENIEUR - DIRECTEUR,

ir. R. EGGERMONT








ADMINISTRATION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE
Division: Qualité
Service de la Métrologie

MODIFICATIONS APPORTEES A L' APPROBATION DE MODELE N 271.82B.38.02

Bénéficiaire: BADGER METER EUROPA GmbH
Karlstrasse, 11
D-72660 BEUREN
ALLEMAGNE

| N° de référence | Objet | Signature pour approbation |
|--|---|--|
| <p>E6/M6/ 23.534 31/07/1998</p> | <p><u>Variante n° 2</u></p> <p>Le compteur d' eau froide RECORDALL M25/190 peut être équipé d' un nouveau totalisateur RTR avec sortie impulsionnelle de 10 litres par impulsion, conformément aux plans déposés au Service de la Métrologie. Il comporte 4 rouleaux noirs et 2 rouges + 1 aiguille centrale. La portée du totalisateur est: 9.999 l.</p> <p>Cette variante est valable jusqu' au 30/09/2000 sauf décision contraire.</p> |    |
| <p>Date (1) de la modification</p> | | |

(1) Les modifications en cours de validité de l' approbation de modèle n' ont point pour effet de prolonger la durée de validité de celle-ci.