



Badger Meter Europa

Konformitätserklärung Certificate of Conformity

Wir, Badger Meter Europa GmbH, erklären in eigener Verantwortung gem. EN 10204, 2.1, dass die Messaufnehmer

Magnetisch-Induktive Durchflussmesser „Magnetoflow Typ II“ der Nennweite DN 25-1400 mit der Auskleidung Hartgummi

mit folgendem Werkstoff ausgekleidet sind: ME 0996 (Fluorgum)

Dieser Werkstoff ist für Trinkwasser geeignet und besitzt folgende Zulassungen:
WRAS, ACS, NSF-61, DVGW-W270 und KTW.

Badger Meter Europa GmbH ist zertifiziert gemäß ISO 9001-2000. Das Qualitätssicherungssystem überwacht und kontrolliert regelmäßig die Produktqualität.

We, Badger Meter Europa GmbH declare under our responsibility acc. to EN 10204, 2.1, that following detector

Electromagnetic Flow Meter „Magnetoflow Type II“ size DN 25-1400 with liner Hard Rubber

is lined with the following material: ME 0996 (Fluorgum)

Badger Meter Europa GmbH is certified according to ISO 9001-2000.
The quality assurance system continuously monitores and controls the product quality.

Datum / Date: 01.07.2008

Qualitätsbeauftragter / QM-Manager: E. Wannenwetsch

Erstellt: M.Steiner Datum: 01.07.2008 Revision:0	Geprüft: Datum:  1.7.2008	Freigabe Datum:  1.7.2008	Gesehen: Datum:  1.7.2008	Seite 1 von 1
--	--	---	--	------------------

QM_MID-ZF_CE_d_e_346.doc 07/08

Badger Meter Europa GmbH - Nürtinger Strasse 76 - 72639 Neuffen (Germany)
Tel. +49-7025-9208-0 Fax +49-7025-9208-15 www.badgermeter.de E-mail: badger@badgermeter.de